

承認	審査	作成
H27.9.4	H27.9.4	H27.9.3

放射線・環境部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成27年9月3日(木)10:20~11:00						
作業場所	MP-3, 4						
実施者							
目的	<input type="checkbox"/> 無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業 <input checked="" type="checkbox"/> 無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業 に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	ICW管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 ICW管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-237	0.03	3.0 μ Sv/h (10:24)	2015/9/3 10:31~10:33	-	0.03	3.0 μ Sv/h (10:35)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.2 μ Sv/h (10:30)	-	-	-	3.3 μ Sv/h (10:38)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.1 μ Sv/h (10:20)	-	-	-	3.3 μ Sv/h (10:38)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 容量	2712mA (10:20)	-	-	-	3349mA (10:38)
MP-4	F1-ICW-235	0.03	3.0 μ Sv/h (10:52)	2015/9/3 10:54~10:56	-	0.03	3.0 μ Sv/h (10:58)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.3 μ Sv/h (10:49)	-	-	-	3.3 μ Sv/h (10:58)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.3 μ Sv/h (10:50)	-	-	-	3.3 μ Sv/h (10:58)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 容量	3016mA (10:50)	-	-	-	3349mA (10:58)
- 以下余白 -							